


特 許

X24 スペシャル ダイアナ号レントゲン発生装置

深部治療及診断用

(深部用クーリッジ加熱變壓器一個付)



本装置は單相交流100ヴォルト、50—60サイクルを電源とし機械的に全整流したる特別高壓の電流を得るものにして切替によりて最高二次電壓を二種に變じ尙主單捲變壓器の他に副單捲變壓器を附し操作中電壓を調整し而も其の調整を極めて微細(高壓側を約100ヴォルトづゝ)になし深部治療用として限界波長0.08—0.20 オングストローム單位の範圍内に於ける高壓電流を得連続8ミリアムベア、切替装置により診断用となすときは限界波長0.10—0.24 オングストローム單位の範圍内に於ける高壓電流を得连续10ミリアムベア、中等硬度の管球を用ひ瞬間150ミリアムベアを出し得るものなり。