




保津號レントゲン發生裝置

最高電壓 80 KV 最大電流 50 MA

變壓器	特許油浸式變壓器
整流方式	自己整流
電壓調整法	一次捲線切替
用途	透視撮影並に表在治療用

備考 レントゲン管球その他附屬品一式附