

# 検診台・KS-50

- 2段レール方式の採用で長手ストロークが170cmと大きく、天板は、X線吸収の少ないカーボンファイバーを使用しています。また、下腹部までフレームレスのフラット天板で、あらゆる循環器X線検査に適用できる万能検診台です。



天板表面—床面間距離		79.0~118cm連続可変
天板の 長手動	ストローク	1段目ストローク：99cm 2段目ストローク：71cm 全ストローク：170cm
	操 作	手動・2段スライド
	ロック方式	永久磁石(OFFブレーキ)
天板の 短手動	ストローク	±13cm
	操 作	手動
	ロック方式	永久磁石(OFFブレーキ)
天板の 上下動	ストローク	39cm
	操 作	電動(フットスイッチ)
	速 度	15.8mm/s(60Hz), 13.2mm/s(50Hz)
	表 示	デジタル