


X線自動露出制御器

SPT Series


SPT-XD-A4A / SPT-XD-A1A




4採光野独立設定、胸部も腹部も最適露出

- 1. 一般撮影に最適な4採光野を備え、胸部・腹部に共用できます**
胸部撮影用の3採光野に、腹部用採光野を追加。胸部・腹部をはじめ、一般撮影の多様な部位でも、ホトタイマ撮影で適正画像が得られます。
- 2. 低吸収・低散乱線を実現**
Xeガスを封入した中空タイプで、X線の吸収が従来当社比で30%低減。
- 3. 超薄形の受光部**
世界で最も薄型（2.5mm）の構造で、撮像系を被検者に最大限近づけられるので、密着度の高いシャープな画像が得られます。
- 4. 優れた安定性・信頼性**
周囲の環境変化の影響を受けにくい完全密封構造で、長期にわたって抜群の安定性を保持します。ホトマルや高電圧を使用しないため、信頼性が向上しました。

4つの採光野を備えたことにより、胸部・腹部いずれの撮影も
同じ撮影台で同じポジションで撮影いただけます。



ホトタイマ受光部



仕様

型名	SPT-XD-A4A	SPT-XD-A1A
採光野数	4	1
採光野形状		
用途	胸部・腹部	腹部


- このカタログに示します各数値はすべて標準値ですので、実数値は若干異なることがあります。
- 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 装置を正しく使うために、必ず「添付文書」および「取扱説明書」をお読みください。

製造販売許可番号

26B1X00003	X線自動露出制御器 [X線自動露出制御器 SPT-XD-A4A]
26B1X00003	X線自動露出制御器 [X線自動露出制御器 SPT-XD-A1A]



島津製作所・医用機器事業部は、品質マネジメントシステム
規格 ISO 9001:2000 及び 医用機器の品質 マネジメント
システム 規格 ISO 13485:2003 に適合する医用機器
メーカーとして TUV Rheinland により認定されています。



インターネットで島津のホームページにアクセスできます。 <http://www.med.shimadzu.co.jp>

株式会社 島津製作所 医用機器事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1 TEL (075) 823-1271

